

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ГОССТАНДАРТ РОССИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.ГБ05.В01790

Срок действия с 21.06.2007 г. по 21.06.2010 г.

7454173

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ РОСС RU.0001.11ГБ05
НАНИО "ЦЕНТР ПО СЕРТИФИКАЦИИ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОГО
И РУДНИЧНОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ",
109377, г. Москва, а/я 22, НАНИО "ЦСВЭ",
тел. /факс: 554-2494, 554-1238, 554-1257, 554-0150, 554-5042, 557-8244,
558-8353, 558-8141, 743-6830. www.ceve.cc
ПРОДУКЦИЯ

Приборы для измерения относительных перемещений ВК-306
(4277-037-00205435-06 ТУ) с маркировкой взрывозащиты
преобразователей – 0ExiaIICT5 X, вторичных блоков – [Exia]ПС.
Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

42 7763

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 51330.0-99 (МЭК 60079-0-98);
ГОСТ Р 51330.10-99 (МЭК 60079-11-99).

код ТН ВЭД России:

9031 80 100 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
ООО "Научно-производственное предприятие ВиКонт",
115563, г. Москва, Борисовский пр., д. 17, корп. 1, стр. 2.
ИНН 7724096684.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН
ООО "Научно-производственное предприятие ВиКонт",
115563, г. Москва, Борисовский пр., д. 17, корп. 1, стр. 2.
Телефон/факс: (495) 955-2786.
НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № 196.2007-И от 14.06.2007 г. ИЛ ЦСВЭ
(рег. № РОСС RU.0001.21ГБ04);
Акта инспекционной проверки производства сертифицированной продукции
№ 200-И от 27.04.2007 г. ОС ЦСВЭ (рег. № РОСС RU.0001.11ГБ05).

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации За.
Сертификат действителен с приложением на 4-х листах.
Инспекционный контроль – май 2008 г., май 2009 г.



Руководитель органа

Серов
подпись

В.И. Серов

инициалы, фамилия

Эксперт

Виноградов
подпись

В.П. Виноградов

инициалы, фамилия

Сертификат имеет юридическую силу на всей территории Российской Федерации